


СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОАО «ЛИНДЕ ГАЗ РУС»
(ИЛ ОАО «ЛГР»)**

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.22ХП72. от 16.05.2008 г.,
действителен до 16.05.2011 г.

Адрес : 143900, г. Балашиха, Московская обл., ул. Белякова, 1а
Тел. (095)777 70 47 факс (095) 777 70 48



И.В.Ивлева
2010 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
от 06.08.2010 г.

Наименование и адрес заказчика : комплексный кооператив " Здоровое детство " 119121 , г. Москва , ул. Плющиха 43/47-15

Наименование продукции : воздушная смесь на выходе из аппарата " Armed " 7F-5L (кислородный концентратор производства К.Н.Р.)

НД, на соответствие которым проводятся испытания : ГОСТ 5583-78
" Кислород газообразный технический и медицинский "

Основание для проведения испытаний (техническое задание) : письмо от 06.08.2010 г.

Дата получения образца (пробы) : 06.08.2010 г.

Дата проведения испытаний : 06.08.2010 г.

Используемое испытательное оборудование и средства измерений : электрошкаф СНОЛ-3,5.5.3.5/5-И1, электропечь СНОЛ-1.6.2.5.1/11-ИЗ, газоанализатор АК-1, измеритель влажности ИВГ-1-КП, колба П-2-500-34, бюретка, колба типа П, пипетки, цилиндры, весы электронные SCOUT.

Аппарата " Armed " 7F-5L на момент проведения испытаний находился 18 месяцев в эксплуатации . Испытания проводились на открытом воздухе при средней задымленности . Анализ основного компонента проводился при расходе газа из аппарата 2,0 л/мин.

Результаты испытаний : приведены в таблице (прилагается)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию
Перепечатка протокола без разрешения руководителя ИЛ запрещена.

